



Näheres zum Faltblatt
„Aktiv gegen Darmkrebs“
lesen Sie auf Seite 214 f.

Abwehr von Medizinprodukterisiken – Rückruf aller Sterilprodukte des US-amerikanischen Herstellers A & A Medical Inc. bzw. LifeQuest – Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat mitgeteilt, dass die FDA auf ihrer Webseite informiert, dass sämtliche Sterilprodukte des Herstellers A & A Medical Inc. bzw. LifeQuest vom Markt zurückgerufen werden.

Die Produkte wurden – obwohl als steril deklariert – möglicherweise nicht dem Sterilisationsprozess unterzogen. Es handelt sich um gynäkologische Medizinprodukte, die überwiegend intraoperativ verwendet werden, sodass bei deren Anwendung die akute Gefahr schwerwiegender Infektionen besteht. Es ist bisher lediglich bekannt, dass die Produkte nach Italien gelangten.

Sollten sich die oben genannten Medizinprodukte in Ihren Beständen befinden, bitten wir, diese sofort auszusondern und die örtlich zuständige Regierung entsprechend zu verständigen.

Weitere Infos: Bayerische Landesärztekammer, Angelika Matthias, Telefon (0 89) 41 47-2 23.